



LABIM
LABORATORIO DE INGENIERÍA Y METROLOGÍA S.A.S



Nº.		V 008	
Fecha de calibración	DÍA	MES	AÑO
	12	05	2018

Certificado de Calibración No. V 008

Página: 1 de 2

FECHA DE CALIBRACIÓN: 12 de Mayo de 2018
Date of calibration

INSTRUMENTO:

Instrument

Martillo de rebote (Esclerómetro)

FABRICANTE:

Manufacturer

RYR

MODELO:

Model

HT 225

NÚMERO DE SERIE:

Serial number

N/P

RANGO MEDICIÓN:

Measurement Range

10.....100

SOLICITANTE:

Customer

Edyconst S.A.S.

DIRECCIÓN:

Address

Diagonal 8 # 32 - 36

CIUDAD:

City

Girardot - Cundinamarca

NÚMERO DE PÁGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of pages and Documents attached

4

Este certificado de calibración solo puede ser reproducido totalmente con la autorización del laboratorio de metrología de **LABIM S.A.S**. Los certificados de calibración no son válidos sin las firmas y estampilla de calibración.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory of metrology LABIM S.A.S. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. The issuing laboratory no responsibility for damages ensuing mis use of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

The user is responsible for having the apparatus calibrated at appropriate intervals

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTHORIZED SIGNATURE(S)

Giovanni Garzon T.
Técnico

Calibrado por: - Calibrated by:

Rodrigo Gonzalez M.
Coordinador de Metrología
Revisado por: - Checked by:

FO CM 013

Importación y Fabricación de Equipos para Laboratorios de Suelos, Concretos, Asfaltos y Automatización - **CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Carrera 65B No. 67B - 56 - Tel: 765 6722 - Cel.: 301 518 4485 - 310 330 7379
E-mail: labim.sas@gmail.com • www.labimingenieria.com • Bogotá, D. C. - Colombia



LABIM

LABORATORIO DE INGENIERÍA Y METROLOGÍA S.A.S

Certificado de Calibración No.

V 008

Página

2 de 2

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of calibration

12 de Mayo de 2018

Medición	Numero de rebote	Medición	Numero de rebote
1	78,0	16	78,0
2	78,0	17	80,0
3	78,0	18	78,0
4	79,0	19	82,0
5	78,0	20	78,0
6	79,0	21	82,0
7	80,0	22	80,0
8	78,0	23	78,0
9	78,0	24	78,0
10	78,0	25	80,0
11	78,0	26	78,0
12	78,0	27	78,0
13	78,0	28	80,0
14	78,0	29	78,0
15	80,0	30	80,0
PROMEDIO			78,8

De acuerdo a lo especificado por el fabricante el instrumento de medición cumple con lo especificado 80 ± 2